


エアゾール製剤 (吸入補助具あり)



ID _____ 氏名 _____ (T・S・H 年 月 日)

依頼医 金沢市立病院 医師 _____

アドエア フルティフォーム オルベスコ ビレーズトリ キュバール

サルタノール メプチン その他(_____)

インチェック(_____ L/ min)

1 残量表示を確認する	<input type="checkbox"/>
2 キャップをはずし、よく振る	<input type="checkbox"/>
3 吸入補助具にセットする	<input type="checkbox"/>
4 吸入口をさけて、息を吐き出す	<input type="checkbox"/>
5 吸入口を適切にくわえる	<input type="checkbox"/>
6 噴霧ボタンを押す	<input type="checkbox"/>
7 十分な深吸気量(ゆっくり肺いっぱい)	<input type="checkbox"/>
8 息止め(5秒以上)	<input type="checkbox"/>
9 4~8を必要回数行う	<input type="checkbox"/>
10 吸入後、吸入補助具からはずし、 キャップを閉じる	<input type="checkbox"/>
11 吸入後うがいをする	<input type="checkbox"/>
理解度	
* 吸入回数を理解している	<input type="checkbox"/>
* 吸入薬の薬効を理解している	<input type="checkbox"/>
* 副作用を理解している	<input type="checkbox"/>

3:できた 2:少しできた 1:できない

↓ 注意点、確認点

- ... 残数やカウンターの色で確認
- ... キュバール、オルベスコは振らなくてもよい
- ... セット方法がわかるか
- ... □と吸入口に隙間ができていないか
- ... 押す力が有効か
- ... 5秒程度かけて吸入
- ... できれば10秒程度。 _____ 秒
- ... がらがら2回、ぶくぶく2回
- ... 1日 _____ 回、1回 _____ 吸入
- ... コントローラー、リリーバー
- ... 声がれ、カンジダ、動悸、手の震えなど

通信欄

・手技不良のため薬剤変更 : 要 不要 ・コンプライアンス : 良 時々忘れる よく忘れる

・副作用出現 : 嘔声 口内痛 動悸 振戦 その他(_____)

コメント